

STATEMENT



Dialab Produktion und Vertrieb von chemisch-technischen Produkten und
Laborinstrumenten Gesellschaft m. b. H.
IZ-NOE Sued, Hondastrasse, Objekt M55
A-2351 Wiener Neudorf, Austria

Die DIAQUICK COVID-19 Ag-Cassette ist für den Nachweis des Nukleokapsidproteins (NP) des SARS-CoV-2 Virus bestimmt. Das Epitop des Capture-Antikörpers und des Nachweis-Antikörpers befindet sich nicht im Bereich der Mutation. Somit haben die oben erwähnte Spike-Protein-Mutation SARS-CoV-2 und die Nukleopaksidprotein-Mutation SARS-CoV-2 von Alpha (B.1.1.7), Beta (B.1.351), Gamma (P.1), Delta (B.1.617.2), Lambda (C.37), Zeta (P.2), Kappa (B.1.617.1), Eta (B.1.525), Iota (B.1.526), Epsilon (B.1.427), Theta (P.3) und Omicron (B.1.1.529) keinen Einfluss auf die Funktion der DIAQUICK COVID-19 Ag-Cassette.



DIALAB
Produktion und Vertrieb von chemisch-technischen
Produkten und Laborinstrumenten Gesellschaft m.b.H.
A - 2351 Wr. Neudorf, IZ-NO Süd/Hondastr. Obj.M55
Phone: ++43 (0) 2236 660910 - 0 Fax: ++43 (0) 2236 660910 - 30
E-Mail: office@dialab.at Website: www.dialab.at

Wiener Neudorf, 2022-01-10

Anja Lirsch
Product Management