DIALAB Produktion und Vertrieb von chemisch – technischen Produkten und Laborinstrumenten Gesellschaft m.b.H.
A – 2351 Wiener Neudorf, Austria, IZ-NÖ Süd, Hondastrasse, Objekt M55
Phone: ++43 (0) 2236 660910-0, Fax: ++43 (0) 2236 660910-30, e-mail: office@dialab.at

Cleaner, Autolyser 100

Concentrate

REF	Kit Size
217206	1 x 1 L

DESCRIPTION

The Cleaner solution is a concentrated liquid; used for cleaning the instrument's probe.
This Solution is designed to be used with Dialab Autolyser100 only.

SAFETY PRECAUTIONS

GLP - Use in accordance with good laboratory practice

H315 Causes skin irritation.
P264 Wash hands thoroughly after handling.
P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
P362 Take off contaminated clothing and wash before reuse.
P302+**P352** IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water
P332+**P313** If skin irritation occurs: Get medical advice.

STABILITY AND STORAGE

Product is stable up to expiry date indicated on the label, if stored at 5 ÷ 35 °C closed and protected from direct sunlight and do not freeze.
After first use the concentrate is stable up to 30 days.

WARNING

Avoid contamination by external agents!
Do not use after expiry date or if it's visible evidence of microbial growth!

PREPARATION

Dilute with distilled water in ratio 1:10 and fill into a 40-mL reagent bottle. Place it into desired slot of the reagent's tray.

WASTE MANAGEMENT

Dispose off in accordance with local official regulations

Product for In-Vitro Diagnostic use only!

Cleaner, Autolyser 100

Konzentrat

REF	Kit Size
217206	1 x 1 L

BESCHREIBUNG

Die konzentrierte Cleaner Lösung wird zum Reinigen der Pipettiernadel des Gerätes verwendet.
Die Verwendung ist ausschließlich für den Autolyser 100 gedacht.

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

GLP - Zur Verwendung mit Einhaltung der Guten Laborpraxis

H315 Verursacht Hautreizungen.
P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
P362 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen
P302+P352 Bei Kontakt mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen
P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

HALTBARKEIT UND LAGERUNG

Das Produkt ist verschlossen bei 5°C bis 35°C zu lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Die Haltbarkeit beträgt bis zum angeführten Haltbarkeitsdatum. Nach erstmaliger Verwendung ist die Reinigungslösung 30 Tage haltbar.

WARNHINWEIS

Vermeiden Sie Kontamination mit anderen Substanzen!
Nicht nach Ablauf der Haltbarkeit oder bei Sichtung von Keimbildung verwenden!

VORBEREITUNG

Das Konzentrat ist im Verhältnis 1:10 mit distiliertem Wasser zu verdünnen und in einen 40 mL Reagenzienbehälter abzufüllen. Dannach in den vorgesehenen Steckplatz am Reagenzienteller einsetzen.

ABFALLBESEITIGUNG

Bitte beachten Sie die jeweiligen gesetzlichen Vorschriften

Nur für die In-Vitro Diagnostik!

Rev. 01, 22.11.2017